


مناقصة رقم 20/ل م/2022

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومواد مخبرية/ كلية العلوم

السادة يرجى موافاتنا بأسعار المواد المبينة تفصيلها
 بالكشف المرفق وتسليمه الى وحدة اللوازم/ دائرة المشتريات في موقع جامعة مؤتة/ الكرك-المجمع الإداري بالظرف المختوم
 مكتوب عليه اسم العطاء ورقمه واسم المتعهد ورقم التلغون والفاكس الخاص بالمتعهد على أن يلتزم المتعهد بما يلي:

توقيع رئيس اللجنة:



- 1- آخر موعد لتسليم العروض يوم الاحد تاريخ 2022/7/31، الساعة الثانية عشر ظهراً.
- 2- ارفاق رخصة مهن وشهادة تسجيل ساريتي المفعول بالعرض.
- 3- تقديم العروض (نسخة أصلية، نسخة إلكترونية "Excel أو Word")
- 4- تقديم كفالة/ شيك مصدق كحسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة.
- 5- تقديم كفالة دخول للمناقصة مبلغ (400) دينار نقداً أو شيك مصدق.
- 6- تدفع الطوابع القانونية وأية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة.
- 7- تقديم الأسعار شامله الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.
- 8- يقدم المتعهد ضماناً خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً إليها (15%) من قيمتها.
- 9- تفرض غرامة تأخير بنسبة 0.002 اثنان بالآلاف عن كل يوم تأخير.
- 10- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- 11- المواد المطلوبة قابلة للزيادة او النقصان بنسبة 25%.
- 12- صلاحية العرض (90) يوم على الأقل.
- 13- مدة التسليم
- 14- مكان التسليم واصل مستودعات الجامعة.
- 15- للجامعة الحق بإلغاء المناقصة دون ذكر الأسباب.
- 16- تعتبر شروط نظام المشتريات الحكومية لعام 2022 وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزء لا يتجزأ من شروط المناقصة وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط نظام المشتريات الحكومية لعام 2022 وتعليماته وملاحقه موجودة على موقع الجامعة (العطاءات).



رقم الهاتف:

اسم المناقص:

الفاكس:

التوقيع:

الخلوي:

التاريخ:

الختم:

وحدة الوزان

الموضوع: توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومواد مخبرية/ كلية العلوم

Mutah University

رقم البند	الكمية	الوحدة	وصف المادة المطلوبة	الصانع	المشرا	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	التسليم
1	1	ea	Automatic rotary evaporator: according to the following Automatic rotary evaporator: Rotation Speed : 10 – 280 rpm. display for bath temperature, rotation and lift distance for receiving Heating bath range: up to 220 °C Allows the use of water and oil as a heating media Key-button locking functions in the water bath to lock the set temperature of the heating bath Prevents accidental change of set conditions during process. The bath volume not less than 5ltr. Temperature limit setting for water bath The vapor duct and evaporation flask shou All accessories are included for out of the box usage Specification for vacuum pump final Vacuum : 5 mbar Suction capacity - 1.8 m3 /h Noise Level at least 32 dB Oil Free vacuum pump Chemical resistant vacuum pump o Maximum speed 1500 rpm Specifications of vacuum controller Can be connect to Vacuum pump or Rotavapor. control of all process parameters such as rotation speed, temperature (heating, cooling, vapor) and pressure touch screen Consist of Solvent Library for method development Remote monitoring Specifications for chiller Cooling Range : -10.0 up to 25.0 C Temperature regulation accuracy +/-1 °C Flow rate 2.5 L/min Tank volume ca. 3l					

مناقصة رقم: ٢٠ / م / ٢٠٢٢

جامعة مؤتة

وحدة اللوازم

الموضوع: توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومواد مخبرية/ كلية العلوم

Mutah University

رقم البند	الكمية	الوحدة	وصف المادة المطلوبة	المنتج	المنتج	المنتج	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	التسليم
2	3	50 L	N2 (Oxygen-free) cylinder comes with its standard fitting size regulators, high pressure cylinder filled with nitrogen						
3	1	50 L	Air cylinder with its regulators, high pressure cylinder filled with air						