


## مناقصة رقم ٤١ / ف/٢٠٢٦

## توريد وتركيب وتشغيل داتا شو وشاشة عرض واجهزة طبية/ كلية التمريض

السادة ..... يرجى موافاتنا بأسعار المواد المبين تفاصيلها بالكشوف المرفقة، وتسليمها الى وحدة اللوازم/ دائرة المشتريات في موقع جامعة مؤتة/ الكرك-المجمع الإداري بالظرف المختوم مكتوب عليه اسم المناقصة ورقمها واسم المتعهد ورقم التلفون والفاكس الخاص بالمتعهد على أن يلتزم المتعهد بما يلي:



- ١- النسخة مجانية وأخر موعد لتسليم العروض يوم الاربعاء تاريخ ٢٠٢٦/٦/١٧، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- ٢- ارفاق رخصة المهن وشهادة التسجيل وان يكون المتعهد مشترك بنظام الفوترة الالكتروني.
- ٣- تقديم العرض (نسخة أصلية، نسخة إلكترونية "Excel أو Word").
- ٤- تقديم كفالة أو شيك مصدق كحسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة.
- ٥- تدفع الطوابع القانونية وأية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة.
- ٦- تقديم الأسعار شامله الضريبة العامة على المبيعات وشاملة الرسوم الجمركية.
- ٧- تفرض غرامة تأخير عن اللوازم او الخدمات المقدمة كما يلي:
  - ١.٠٠٠١ واحد بالإلف من القيمة عن كل يوم تأخير للفترة من ١ يوم إلى ٤٥ يوم.
  - ١.٠٠٠٢ اثنان بالإلف من القيمة عن كل يوم تأخير للفترة من ٤٦ يوم إلى ٦٠ يوم.
  - ١.٠٠٠٣ ثلاثة بالإلف من القيمة عن كل يوم تأخير للفترة من ٦٠ فما فوق.
- على أن لا تتجاوز قيمة مجموع الغرامات نسبة ال ١٥% من القيمة في قرار الإحالة.
- ٨- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- ٩- المواد المطلوبة قابلة للزيادة او النقصان بنسبة ٢٥% وقابلة للتجزئة.
- ١٠- صلاحية العرض (٩٠) يوم على الأقل.
- ١١- يتم فتح العروض المقدمة بعد ربع ساعة من وقت الاغلاق المبين أعلاه.
- ١٢- للجامعة الحق بإلغاء المناقصة دون ذكر الأسباب.
- ١٣- تعتبر شروط نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لعام ٢٠٢٢ وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزء لا يتجزأ من شروط المناقصة وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط النظام المشار اليه أعلاه على موقع الجامعة (العطاءات)).

التوقيع:

رقم التلفون:


اسم المناقص

## مناقصة رقم ٤١/ل/ف/٢٠٢٦

توريد وتركيب وتشغيل داتا شو وشاشة عرض واجهزة طبية/ كلية التمريض

## ١- Interactive flat panel 86"

Interactive flat panel display Specification	Qty (١)	Compliance Yes/No
Diagonal Display Sizes (inch): 86-inch		
IR Technology with Zero Air Gap		
4K Resolution (3840x2160)		
Brightness $\geq$ 450cd/m <sup>2</sup>		
4mm tempered glass		
View angle 178°		
Support Multi touch up to 20 points		
Support Finger& pen writing mode		
Support Android version 11.0 (RAM 8GB, ROM 128 GB)		
Android Processor 8 cores (A73*4+A53*4)		
Support Windows Operating system through OPS module		
Built in 4K camera 13MP & 8 MIC Array & Dual speaker 15W		
Interfaces: HDMI in x3, HDMI out, Display port, VGA, LAN in, LAN out, USB-C, USB 3.0, Touch USB Type-B , Audio in , Earphone, OPS Slot.		
Support Arabic and English		
Support Management software & Interactive software compatible with latest platforms		
Support NFC Function to control screen power ON/OFF		
Import pdf files, Microsoft Office files, Export documents to different file types (video files, Microsoft Office files, images, pdf, html, etc.)		
Support Handwriting recognition, Image editing, built-in library		
Certificates: CE, EMC, ETC, COC		
Sound bar ٣٠٠ watt 5.1 100-120 cm bar		
<b>Screen equipped with OPS Module</b>		
Processor CPU: Core i5 12 Generation		
Memory RAM: 8GB		
Storage SSD: 256		



٢ - دتا شو عدد ٣

Resolution	XGA (1024 x 768)
Brightness	At least 3000 ANSI , LCD
Digital input	HDMI IN VGA IN
Lamp Life	At least 5000 hours
Remote Control	Yes
Ceiling mount	yes
HDMI Cable	At least 10m
Screen folding mechanisem	Electric
Screen height	200 cm
Screen width	150 cm

٣- vital signs monitor عدد(٦)

شاشة العرض
شاشة ملونة TFT أو LCD مقاس
١٠.٧ بوصة
ضغط الدم NIBP
قياس اوتوماتيكي ( / Manual
للبالغين والأطفال (Auto/STAT) وحديثي الولادة
تشبع الأوكسجين $pO_2$
مدى القياس ١٠٠% مع عرض Plethysmograph (( الموجة
معدل النبض PR
٣٠-٢٤٠ نبضة دقيقة
درجة الحرارة TEMP
مدى القياس ٢٥-٢٠٥٠ تقريبا
معدل التنفس RR
اختياري أو مدمج حسب الموديل تخزين البيانات
حفظ القياسات والاتجاهات (Trends))
الإذارات
إذارات مرئية ومسموعة قابلة
للضبط
البطارية
بطارية ليثيوم قابلة للشحن تعمل
ساعات أو أكثر
الاتصال
USB أو Ethernet لنقل البيانات
مصدر الطاقة
١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز

٤- 12 lead ECG . عدد (١)

٥- POINTER عدد (٣)

يكون العرض حسب الجدول التالي:

الكمية	الوحدة	السعر الاجمالي	السعر الافرادي	مدة التوريد	الموديل	الصانع	المنشأ	اسم المادة	البند